



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

10881

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

20 ноября 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 01-17 от 31.01.2017) утвержден тип средств измерений

"Сигнализаторы оксида углерода "БУГ",

изготовитель - **ОАО "НПП "Алмаз", г. Саратов, Россия (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 09 6210 17** и допущен к применению в Республике Беларусь с 31 января 2017 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета



В.В.Назаренко

31 января 2017 г.

ПРОТОКОЛ

31.01.2017 №01-2017

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

7. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001

7.13. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Сигнализаторы оксида углерода "БУГ", изготовитель – ОАО "НПП "Алмаз", г. Саратов, Россия, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

РЕШИЛИ:

7.13.1. Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Сигнализаторы оксида углерода "БУГ", проведенных ВНИИМ им Д.И.Менделеева, Россия.

7.13.2. Утвердить тип **"Сигнализаторы оксида углерода "БУГ"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

7.13.3. Выдать ОАО "НПП "Алмаз", г. Саратов, Россия, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 20.11.2020.

7.13.4. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Саратовским ЦСМ (аттестат аккредитации – №RA.RU.311232, шифр поверительного клейма – ВУ).

7.13.5. Сигнализаторы метрологически обеспечены в Республике Беларусь с применением ГСО, внесенных в Госреестр СИ РБ (раздел 2 "ГСО состава и свойств веществ и материалов").

7.13.6. Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП-242-1096-2010 "Сигнализаторы оксида углерода "БУГ". Методика поверки" с изменением №1, утвержденным в 2015 г.

7.13.7. Установить межповерочный интервал – не более 6 месяцев.

Председатель

Ю.В. Задрейко

Секретарь

Н.Д. Ляхова

ВЕРНО

Н.Д. Ляхова

31.01.2017

