



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

10882

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

20 ноября 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения  
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 01-17 от 31.01.2017)  
утвержден тип средств измерений

**"Сигнализаторы загазованности СИКЗ",**

изготовитель - **ОАО "НПП "Алмаз", г. Саратов, Россия (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений  
под номером **РБ 03 09 6211 17** и допущен к применению в Республике  
Беларусь с 31 января 2017 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и  
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета



*В.В.Назаренко*  
В.В.Назаренко

31 января 2017 г.

## ПРОТОКОЛ

31.01.2017 №01-2017

г. Минск  
заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

7. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001

### 7.14. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Сигнализаторы загазованности СИКЗ", изготовитель – ОАО "НПП "Алмаз", г. Саратов, Россия, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

### РЕШИЛИ:

7.14.1. Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Сигнализаторы загазованности СИКЗ", проведенных ВНИИМ им Д.И.Менделеева, Россия.

7.14.2. Утвердить тип **"Сигнализаторы загазованности СИКЗ"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

7.14.3. Выдать ОАО "НПП "Алмаз", г. Саратов, Россия, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 20.11.2020.

7.14.4. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Саратовским ЦСМ (аттестат аккредитации – №RA.RU.311232, шифр поверительного клейма – ВУ).

7.14.5. Сигнализаторы оксида углерода "БУГ Спектрометры метрологически обеспечены в Республике Беларусь с применением ГСО, внесенных в Госреестр СИ РБ (раздел 2 "ГСО состава и свойств веществ и материалов").

7.14.6. Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП-242-1068-2010 "Сигнализаторы загазованности СИКЗ. Методика поверки" с изменением №1, утвержденным в 2015 г.

7.14.7. Установить межповерочный интервал – не более 6 месяцев.

Председатель

Ю.В. Задрейко

Секретарь

Н.Д. Ляхова

ВЕРНО

И.Д. Ляхова  
31.01.2017

